Adtemp™ 412 Digitales Fieberthermometer

GEBRAUCHSANWEISUNG






Vielen Dank, dass Sie sich für ein ADC® AdtempTM-Digitalthermometer entschieden haben. Ihr neues Thermometer liefert genaue Messergebnisse. Adtemp-Thermometer erfüllen oder übertreffen alle relevanten internationalen Leistungsstandards.

Gerätebeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bei Kindern und Erwachsenen bestimmt. Es hat eine kompakte Größe und ein digitales Display und kann in einem professionellen oder Haushaltsumfeld verwendet werden.



Symboldefinitionen

Die folgenden Symbole sind Ihrem Thermometer zugeordnet.

| Symbol | Definition |
|----------|--|
| <u> </u> | Wichtige Warnung / Vorsicht |
| | Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt |
| X | Phthalatfrei |
| ③ | Bedienungsanleitung |
| ••• | Angaben des Herstellers |
| EC REP | Bevollmächtigter europäischer Vertreter Information |

| Símbol | Definition |
|----------------|---|
| C€ 0044 | Erfüllt grundlegende Anforderungen der europäischen. Geräterichtlinie 93/42 / EWG |
| LOT | Chargennummer |
| ტ | Multifunktionstaste |
| Err | Fehler bei der automatischen Erkennung |
| М | Speicheranzeige |
| 0 | Niedrige Batterieanzeige |

Allgemeine Warnungen 🕂

Ein Warnhinweis in diesem Handbuch weist auf einen Zustand oder eine Praxis hin, die zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod des Patienten führen können, wenn sie nicht sofort behoben oder abgebrochen werden.

WARNUNG: Dieses Instrument ist nur zur oralen, rektalen oder axillären Anwendung bestimmt.

WARNUNG: Hohes anhaltendes Fieber erfordert ärztliche Hilfe, insbesondere bei kleinen Kindern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt.

WARNUNG: Darf nicht in die Hände von unbeaufsichtigten Kindern gelangen.

Komponenten können beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein.

WARNUNG: Verwenden Sie das Thermometer nicht mehr, wenn es fehlerhaft funktioniert oder wenn die Anzeige fehlerhaft funktioniert.

WARNUNG: Die mündlichen Temperaturwerte betragen häufig 1,0 ° F. bis 2,0 ° F niedriger als die tatsächlichen Körpertemperaturen; rektale Messungen sind im Allgemeinen 1.0 ° F. bis 2,0 ° F höher.

WARNUNG: Vermeiden Sie es, 30 Minuten lang nach körperlicher Anstrengung, Baden, Essen oder Trinken heißer oder kalter Getränke die Temperatur zu messen.

WARNUNG: Lassen Sie das Thermometer vor der Verwendung auf natürliche Weise auf Raumtemperatur erwärmen. Die Leistung kann beeinträchtigt werden, wenn das Gerät außerhalb der angegebenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche betrieben oder gelagert wird oder wenn die Temperatur des Patienten unter der Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) liegt.

WARNUNG: Reinigen Sie das Thermometer nach dem Gebrauch und legen Sie es in das Gehäuse. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch und desinfizieren Sie die Sonde mit Isopropylalkohol. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Reinigungsanleitung.

VORSICHT: Halten Sie das Thermometer von direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen oder Staub fern.

VORSICHT: Das Thermometer nicht kochen, beißen, biegen, fallen lassen oder zerlegen.

VORSICHT: Öffnen Sie das Gerät nicht.

VORSICHT: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern, wie z. B. Mobiltelefonen.

VORSICHT: Nicht autoklavieren. Bitte beachten Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Reinigungsverfahren.

VORSICHT: Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften und nicht über den Hausmüll.

VORSICHT: IP22: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12,5 mm und mehr. Geschützt gegen senkrecht fallendes Wasser, wenn das Gerät um bis zu 15 $^{\circ}$ geneigt ist.

Wie benutzt man:

- 1. Desinfizieren Sie die Sonde vor der Verwendung mit Isopropylalkohol.
- 2. Drücken Sie die Multifunktionstaste und lassen Sie sie los. Auf dem Display wird angezeigt, um zu bestätigen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Die zuletzt emessene Temperatur wird ca. 2 Sekunden lang angezeigt. Als nächstes zeigt das Thermometer L ° F (oder L ° C) an.
- 3. Wir empfehlen die Verwendung von Sondenabdeckungen für alle digitalen Stabthermometer. Setzen Sie bei Verwendung die Abdeckung auf die Spitze des Geräts.
- Platzieren Sie die Sonde an der für Ihren Messort geeigneten Position (siehe Sicherstellen einer genauen Temperaturmessung unten).
- 5. Das Symbol ° F oder ° C blinkt, wenn das Gerät zur Temperaturmessung bereit ist. Bitte beachten Sie, dass das " □ " einen niedrigen Batteriestand anzeigt. Erwarten Sie keine genaue Temperaturmessung, wenn diese Anzeige für niedrigen Batteriestand vorhanden ist. Eine "ERR" -Meldung im Fenster zeigt an, dass Ihr Gerät nicht richtig funktioniert.
- 6. Je nach Messort führt das Gerät die Messung in 60 (oral), 40 (rektal) oder ungefähr 90 (axillär) Sekunden durch. Wenn das Symbol F° oder C° nicht mehr blinkt und auf dem Display eine konstante Temperatur angezeigt wird, ist die Spitzentemperatur erreicht.
- 7. Lesen Sie die Temperatur und die Zeit als Referenz ab und zeichnen Sie sie auf. Der Messwert wird automatisch gespeichert.
- 8. Das Gerät schaltet sich nach ca. 8 Minuten automatisch aus. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, drücken Sie die Multifunktionstaste, um das Gerät manuell auszuschalten.

Umschalten der Temperaturmodi

Aus der AUS-Position können Sie den Celsius- oder Fahrenheit-Modus umschalten, indem Sie die Multifunktionstaste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Nach 3 Sekunden in einer Skala blinkt die Anzeige ° F oder ° C und zeigt damit die Messbereitschaft an.

Sicherstellung einer genauen Temperaturmessung

Wir empfehlen die Verwendung von Sondenabdeckungen für alle digitalen Stabthermometer (Abbildung 1).

Orale Anwendung: Platzieren Sie die Sonde gut unter der Zunge des Patienten (Abbildung 2). Halten Sie den Mund geschlossen, während das Thermometer liest. Weisen Sie Kinder an, nicht auf die Sonde zu beißen. Die Spitzentemperatur sollte in ungefähr 60 Sekunden erreicht sein und es ertönt ein kontinuierlicher Piepton. Das Öffnen des Mundes oder die falsche Platzierung der Sondenspitze kann zu einer längeren Ablesezeit führen.



Abbildung 1




Abbildung 2

Rektale Anwendung: Schmieren Sie die Sondenabdeckung mit einem wasserlöslichen Gelee, um das Einsetzen zu erleichtern. Verwenden Sie kein Vaseline, da dies zu ungenauen Messwerten führen kann. Führen Sie die Spitze der Sonde vorsichtig nicht weiter als 1 cm in das Rektum ein. Die Spitzentemperatur sollte in ca. 40 Sekunden erreicht sein und es ertönt ein kontinuierlicher Piepton.

STOPPEN wenn Sie auf Widerstand stoßen. Die Sensoreinheit befindet sich ganz an der Spitze der Sonde und es ist nicht erforderlich, die Sonde tief in das Rektum einzuführen. Entsorgen Sie die gebrauchte Sondenabdeckung und reinigen Sie das Thermometer wie empfohlen.

Axilläre Anwendung: Wischen Sie die Achselhöhle mit einem trockenen Tuch ab. Legen Sie die Sonde in die Achsel des Patienten (Abbildung 3) und halten Sie den Arm des Patienten fest gegen den Körper gedrückt. Um eine bessere Ablesung der Achselhöhlen zu erreichen, wird eine Mindestmesszeit von 90 Sekunden oder länger empfohlen, abhängig von der Platzierung der Sonde und dem Schließen des Arms gegen den Körper.



Abbildung 3

Reinigung und Desinfektion

- ⚠ Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein ätzendes Reinigungsmittel.
- A Reinigen und desinfizieren Sie das Thermometer vor und nach jedem Gebrauch.

Reinigungsprozess

- 1. Wischen Sie die Sonde mit einem Tuch ab, das in eine Desinfektionslösung wie 70% Isopropylalkohol oder Seife und Wasser getaucht ist.
- 2. Desinfektionsmittelreste abspülen.

Pflege und Lagerung

- NICHT fallen lassen oder zerdrücken; Dieses Gerät ist nicht stoßfest.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät NICHT.
- Lagern Sie das Gerät NICHT in extremen Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch in der Schutzhülle auf.

Spezifikationen

Größe: 12,7 cm (L x 1,9 cm, B x 0,95 cm)

Gewicht: 14 Gramm

Anzeige: LCD, Flüssigkristallanzeige

Batterie: 1,55 V (LR41)

Batterielebensdauer: Geschätzte 4.500 Anwendungen

Messzeit: Mündlich 60 Sekunden / Rektal 40 Sekunden / Achsel 90 Sekunden

Messbereich: 32,0 ° C bis 43,9 ° C

Genauigkeit: \pm 0,2 ° F / 0,1 ° C zwischen 34,0 ° C und 42,0 ° C

bei einer Raumtemperatur von 18 ° C bis 28 ° C

 \pm 0,4 ° F / 0,2 ° C zwischen 32,0 ° C und 34 ° C

und 107,0 ° F bis 109,9 ° F (42,0 ° C bis 43,9 ° C)

Messmodus: Reale Messung mit der Peak-Hold-Methode

Automatisches Ausschalten: In ungefähr 8 \pm 1 Minuten

Speicherfunktion: Letzte Lesung

Betriebsumgebung: 10 ° C bis 40 ° C (50 ° F bis 104 ° F),

Luftfeuchtigkeit: 15-95% (nicht kondensierend)

Lagertemperatur: -25 ° C bis 55 ° C (-13 ° F bis 131 ° F),

Luftfeuchtigkeit: 15-95% (nicht kondensierend)

Norm: Entspricht EN 12470-3, ASTM E 1112-00, IEC 60601-1-2,

IEC 60601-1-11

Elektromagnetische Verträglichkeit: Gerät erfüllt die

Anforderungen von Norm IEC 60601-1-2

Der Hersteller empfiehlt eine Überprüfung der Kalibrierung alle 2 Jahre.

Eingeschränkte Garantie:

ADC garantiert seine Produkte gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service im Haushalt wie folgt:

- Der Garantieservice erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Einzelhandelskäufer und beginnt mit dem Datum der Lieferung.
- 2. Für Ihr Adtemp Digital Stick Thermometer gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum.

Was ist abgedeckt: Ersatz von Teilen und Arbeit.

Was nicht abgedeckt ist: Transportkosten zu ADC. Schäden, die durch Missbrauch, Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit verursacht wurden. Neben-, Sonder- oder Folgeschäden. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben-. Sonder- oder Folgeschäden nicht zulässig, oder diese Beschränkung gilt möglicherweise nicht für Sie.

So erhalten Sie den Garantieservice: Senden Sie die Artikel portofrei an ADC, Attn: Repair Dept., 55 Commerce Dr. das Problem erklären.

Implied Warranty: Implizite Garantie: Jede implizite Garantie ist auf die Garantiebedingungen beschränkt und geht in keinem Fall über den ursprünglichen Verkaufspreis hinaus (außer wenn dies gesetzlich verboten ist). Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind

Für australische Verbraucher: Unsere Waren sind mit Garantien versehen, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Erstattung eines größeren Fehlers und auf Ersatz aller anderen vorhersehbaren Schäden. Sie haben auch Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und der Mangel keinen wesentlichen Mangel darstellt.

Besuchen Sie **www.adctoday.com**, um diese Bedienungsanleitung in anderen Sprachen anzuzeigen.





Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. No. 497. Ta Laneg Nan Road, Ta Laneg Street Baoan District, Shenzhen, China



EC REP Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, insbesondere die Sicherheitshinweise, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die zukünftige Verwendung auf.



IP22: Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 12,5 mm Durchmesser. Geschützt gegen senkrecht fallendes Wasser, wenn das Gerät um bis zu 15 ° geneigt ist.

IB p/n 93-412-00 rev 6



0044

Dist. von: ADC® 55 Commerce Drive. Hauppauge, NY 11788 In den USA geprüft In China hergestellt

tel: 631-273-9600 gebührenfrei: 1-800-232-2670

fax: 631-273-9659

www.adctoday.com email: info@adctoday.com



Anwendungsteil Typ BF



Batterien und elektronische Geräte müssen gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.

Gedruckt in China